

お得意先各位

ニュートリー株式会社

「PG 加圧バッグ II」 製品本体及び製品パッケージ表示変更のご案内

謹啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2022年12月より販売を開始いたしました「PG 加圧バッグ II」につきまして、製品本体及び製品パッケージの表示変更を行うこととなりました。詳細を下記の通りご案内申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 製品名
PG 加圧バッグ II (弊社商品コード:A60304)
2. 変更点
製品本体及び製品パッケージ表示
製造販売業者
医療機器届出番号
3. 主な変更点
●製品本体表示

現行	変更後

1. 社名ロゴを変更
2. 製造販売業者を変更
3. 医療機器届出番号を変更
4. 50kPa を超える加圧を行わないこと。 → 上記を超えて加圧すると空気が抜ける。 と変更
5. 使用開始日記入欄を追加

●製品パッケージ表示



- 1.社名ロゴを変更
- 2.製造販売業者を変更
- 3.医療機器届出番号を変更
- 4.<添付文書請求先>を削除
- 5.コード番号を削除

4. 各種コード

現行 (テルモ社コード)			変更後		
商品コード	JAN コード		商品コード	JAN コード	
PE-PR40P	セット	4987350 486417	A60304	セット	4934989 486417

5. 製造販売業者

現行	変更後
テルモ株式会社 東京都渋谷区幡ヶ谷 2 丁目 44 番 1 号	ニュートリー株式会社 三重県四日市市富士町 1-122

6. 医療機器届出番号

現行	変更後
13B1X00101000061	24B3X10008000003

7. 変更品初回製造番号、使用期限

製造番号	使用期限
200818	2026年4月

8. 変更品弊社出荷時期

2023年9月6日出荷済

9. 備考

医療機器クラス分類、規格、サイズ等に変更はございません。

以上

<お問い合わせ先>

ニュートリー株式会社 / TEL: 0120-219-038

営業時間: 9:00~17:00 (土日・祝日・年末年始・お盆を除く)

E-mail: info@nutri.co.jp URL: https://www.nutri.co.jp